



**DIESTRO TRILEVEL**  
**Soluciones de control de calidad**  
**Quality control solutions**

**REF IN 0750**

Contenido: 3 niveles. Un gotero x 15 ml para cada nivel.

Contents: 3 Levels. One dropper x 15 ml for each level.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</div> <b>028</b>  <b>07/2025</b>	<b>Analizador / Analyzer</b>	<b>Na<sup>+</sup></b> mmol/L	<b>K<sup>+</sup></b> mmol/L	<b>Cl<sup>-</sup></b> mmol/L	<b>Ca<sup>++</sup></b> mmol/L	<b>Li<sup>+</sup></b> mmol/L
<b>Nivel / Level 1</b>	Diestro 103 / 103+	<b>112.1 - 124.1</b>	<b>1.71 - 2.31</b>	<b>73.5 - 85.5</b>	<b>1.35 - 1.65</b>	<b>0.21 - 0.35</b>
	Diestro 103A / 103A+					
	Diestro 103AP V2, V3, V4					
<b>Nivel / Level 2</b>	Diestro 103 / 103+	<b>133.5 - 143.5</b>	<b>3.50 - 4.50</b>	<b>93.1 - 105.1</b>	<b>0.90 - 1.10</b>	<b>0.80 - 1.16</b>
	Diestro 103A / 103A+					
	Diestro 103AP V2, V3, V4					
<b>Nivel / Level 3</b>	Diestro 103 / 103+	<b>149.3 - 161.3</b>	<b>7.33 - 8.53</b>	<b>111.6 - 123.6</b>	<b>0.40 - 0.56</b>	<b>1.20 - 1.80</b>
	Diestro 103A / 103A+					
	Diestro 103AP V2, V3, V4					



**CONTROL**

**IVD**



[diestroweb.com/en/download](http://diestroweb.com/en/download)

**EC REP**

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo N°18, CP29006,  
Málaga-Spain



**JS Medicina Electrónica S.R.L.**  
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina

Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@diestroweb.com.ar - Web: www.diestroweb.com  
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964  
Industria Argentina / Made in Argentina  
Autorizado ANMAT PM 1108-2  
Uso exclusivo profesional.