



**DIESTRO TRILEVEL**  
**Soluciones de control de calidad**  
**Quality control solutions**

**REF IN 0750**

Contenido: 3 niveles. Un gotero x 15 ml para cada nivel.

Contents: 3 Levels. One dropper x 15 ml for each level.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</div> <b>029</b>  <b>11/2025</b>	<b>Analizador / Analyzer</b>	<b>Na<sup>+</sup></b> mmol/L	<b>K<sup>+</sup></b> mmol/L	<b>Cl<sup>-</sup></b> mmol/L	<b>Ca<sup>++</sup></b> mmol/L	<b>Li<sup>+</sup></b> mmol/L
<b>Nivel / Level 1</b>	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A / 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	<b>113.1 - 125.1</b>	<b>1.78 - 2.38</b>	<b>75.2 - 87.2</b>	<b>1.44 - 1.74</b>	<b>0.21 - 0.35</b>
<b>Nivel / Level 2</b>	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A / 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	<b>133.5 - 143.5</b>	<b>3.50 - 4.50</b>	<b>92.6 - 104.6</b>	<b>0.94 - 1.14</b>	<b>0.78 - 1.14</b>
<b>Nivel / Level 3</b>	Diestro 103 / 103+ Diestro 103A / 103A+ Diestro 103AP V2, V3, V4	<b>150.12 - 162.12</b>	<b>7.50 - 8.70</b>	<b>109.69 - 121.69</b>	<b>0.44 - 0.60</b>	<b>1.21 - 1.81</b>



**CONTROL**

**IVD**



[diestroweb.com/en/download](http://diestroweb.com/en/download)

**EC REP**

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo N°18, CP29006,  
Málaga-Spain



**JS Medicina Electrónica S.R.L.**  
Bolívia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina

Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@diestroweb.com.ar - Web: www.diestroweb.com  
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964  
Industria Argentina / Made in Argentina  
Autorizado ANMAT PM 1108-2  
Uso exclusivo profesional.

